LoFric® Hydro-Kit™

urotonic™ SURFACE TECHNOLOGY

L'essentiel

Recommandation d'utilisation

Le kit de sondage à usage unique LoFric® Hydro-Kit™ est recommandé pour le sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Tous les kits sont stérilisés par irradiation (R). La date limite d'utilisation est imprimée sur l'emballage.

Conditionnement

Emballage individuel. Boîte de 20 kits. 2 boîtes par carton.

Composition

Revêtement hydrophile: Polyvinyle pyrrolidone (PVP) et Chlorure de Sodium (NaCl).

Sondes Nelaton 20 et 40 cm: Elastomère à base de polyoléfine (POBE, sans phtalates).

Sondes Béquillées 40 cm: Chlorure de Polyvinyle (PVC).

Sachet d'eau: Feuille laminée de Polyéthylène Téréphtalate (PET), Polyéthylène (PE) et Aluminium, eau stérile.

Emballage individuel et poche: Polyéthylène Butylacrylate (EBA).

La gamme

Réf. POBE	Descriptif	Code ACL	Longueur	Taille
420 08 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148671**	40 cm	CH08
420 10 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148732**	40 cm	CH10
420 12 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148961**	40 cm	CH12
420 14 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96149043**	40 cm	CH14
420 16 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96149104**	40 cm	CH16
420 18 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96149272**	40 cm	CH18
423 08 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148091**	20 cm	CH08
423 10 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148152**	20 cm	CH10
423 12 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148213**	20 cm	CH12
423 14 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148381**	20 cm	CH14
423 16 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148442**	20 cm	CH16
423 18 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton	34010**96148503**	20 cm	CH18
421 08 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton Pédiatrique	34010**96149562**	20 cm	CH08
421 10 70	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton Pédiatrique	34010**96149623**	20 cm	CH10

Réf. PVC	Descriptif	Code ACL	Longueur	Taille
987 10 70	LoFric® Hydro-Kit™ Béquillée	34010**43579404**	40 cm	CH10
987 12 70	LoFric® Hydro-Kit™ Béquillée	34010**43579572**	40 cm	CH12
987 14 70	LoFric® Hydro-Kit™ Béquillée	34010**43579633**	40 cm	CH14
987 16 70	LoFric® Hydro-Kit™ Béquillée	34010**43579862**	40 cm	CH16
987 18 70	LoFric® Hydro-Kit™ Béquillée	34010**43579923**	40 cm	CH18

Tarif LPPR (liste des produits et prestations remboursables) 78,28€ T.T.C la boîte, sous la référence 1130325 : 20 sondes en PVC ou polyuréthane ou en POBE avec traitement de surface hydrophile autolubrifiante montée sur une poche de recueil immédiat, d'un volume minimal égal ou supérieur à 700 ml (= ou > 700 ml).

Mode d'emploi



1. *Dépliez LoFric Hydro-Kit (sonde vers le bas). Pliez le sachet d'eau et pressez jusqu'à libération de l'eau.*



2. *Suspendez LoFric Hydro-Kit en utilisant la boucle et laissez la sonde s'imprégner d'eau pendant 30 secondes, le temps de se préparer au sondage.*



3. *Retournez le produit pour permettre à l'eau de revenir dans la poche.*

4. *Déchirez la partie "A", puis la partie "B".*



5. *Utilisez la partie "B" comme guide d'insertion. Procédez au sondage.*

6. *Repoussez la sonde dans la poche de recueil.*

7. *Faites un nœud pour fermer la poche.*

8. *Possibilité de vider la poche à l'aide de la prédécoupe. Le sachet d'eau contient de l'eau stérile qui doit être utilisée uniquement pour activer la sonde LoFric.*

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce produit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié N°0086. Une fois utilisé, le revêtement sera altéré et la sonde ne sera plus stérile. Lire attentivement le mode d'emploi.

© 2012 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. Tous droits réservés. 76519-FR-1312

Wellspect HealthCare, 7, rue Eugène et Armand Peugeot - 92563 Rueil-Malmaison Cedex.
Tél : 01 41 39 02 40 - Fax : 01 41 39 02 44 - Internet : www.lofric.fr

Wellspect HEALTHCARE